

事 務 連 絡

平成 22 年 8 月 31 日

各保健所所管課 様

各政令市保健所所管課 様

静岡県健康福祉部生活衛生局薬事課

「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について」
の訂正について

このことについて、平成 22 年 7 月 29 日付け衛薬第 394 号にて依頼したところですが、別添写しのとおり厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課及び安全対策課から事務連絡がありましたので差し替え訂正をお願いします。

なお、医務課及び薬事課ホームページに掲載するとともに、社団法人静岡県医師会、社団法人静岡県病院協会、静岡県私立病院協会、静岡県精神科病院協会あて通知しました。

担 当 薬事課薬事審査班

電話番号 054-221-2869



事務連絡
平成22年8月16日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
厚生労働省医薬食品局安全対策課

「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について」
の訂正について

「ジャクソンリース回路等の医療機器の回収における対応の徹底について（平成22年7月26日薬食発0726第3号厚生労働省医薬食品局長通知）」につき、今般、訂正すべき事項があることから、下記のとおり差し替え訂正方よろしくお願いいたします。

記

1. 別紙「製造販売業者等により回収が行われた製品」訂正（下線部修正）

誤	正（下線部修正）
株式会社アネス	<u>エア・ウォーター防災株式会社</u>
TEL:04-2960-1820	<u>品質保証・安全総括部 品質保証部</u> <u>TEL:078-992-1404</u>

※同社の事業統合による。

2. 1. の訂正については、別紙訂正資料も参考にされたいこと。



【別紙】

製造販売業者等により回収が行われた製品

製造販売業者等	製品名	連絡先	今回の確認(平成20年11月～平成22年7月)による回収数量	【参考】平成13年当時の自主回収	
				回収クラス	回収数量
五十嵐医科工業 (平成20年11月に 回収命令)	① ORジャクソンリソース セット	五十嵐医科工業株式会社 担当(安全管理責任者 五十嵐) TEL:03-3812-6101	342	クラスI	423
	② Bスイズムジャクソンリ ソース セット				
アコマ医科工業 (平成20年12月に 回収命令)	「アコマ麻酔機PRO」の 付属品であるジャクソン リソース小児用麻酔回路	アコマ医科工業株式会社 担当(安全管理部 早川) TEL:03-3811-4151	73	クラスI	497
<u>エア・ウォーター防災 株式会社</u> (過去の輸入業者アイ カ、販売業者アネス)	デュパコ社製ノーマンマ スクエルボ	<u>エア・ウォーター防災株式会社</u> <u>品質保証・安全総括部 品質保 証部</u> TEL:078-992-1404	97	クラスII	209
小林製薬 (アトムメデイカル株 式会社より承継)	ジャクソンリソース蘇生回 路のうち垂直型エルボー を有する製品	小林製薬株式会社 小林メデイ カルカンパニー 薬事・品質保証部 品質保証課 TEL:06-6222-6606	39	クラスII	1,364

※ いずれの製品も現在は販売されていない。