

仕 様 書			
契約No	件名	2025017227	環境用標準ガスの購入について
業 種	2039ガス類		
納入期限	令和8年3月31日(火)		
納入場所	浜松市保健環境研究所 4階有害大気汚染物質試験室		
	浜松市中央区上西町939-2		
目 的	有害大気汚染物質の測定に使用するため、環境用標準ガスを購入する。		
品名規格	① 環境用標準ガス TO-14 別紙参照		
	② 環境用標準ガス 内部標準ガス3種混合 別紙参照		
数 量	①1本 ②1本		
同等品	否		
	(定義)同等品とは、規格・品質・性能等が例示品と同等以上であるものをいう。		
条 件 及び 注意事項	・ 納品前に検品チェックを行うこと。 ・ 納品は担当職員立会いのもと、実施すること。 ・ 契約不適合があった場合は代替品を用意すること。 ・ 別紙参照。		
お問い合わせ先	保健環境研究所 環境測定グループ		担当 南堀 雅志
	TEL:053-411-1311		FAX: ー

別紙

環境用標準ガス仕様詳細

- 1 品名 環境用標準ガス
①T0-14
②内部標準ガス 3 種混合

- 2 数量 ①1 本
②1 本

- 3 仕様 ①T0-14

成分	N2+44 成分※
濃度 (44 成分ガス)	0.1ppm
容器	9.4L 容器
充填圧力	9.81MPa

- ②内部標準ガス 3 種混合

成分	N2+トルエン-d8+クロロベンゼン-d5 +フルオロベンゼン
濃度 (3 成分ガス)	0.1ppm
容器	9.4L 容器
充填圧力	9.81MPa

- 4 納入場所 浜松市保健環境研究所 4 階有害大気汚染物質試験室
(浜松市中央区上西町 939-2)

- 5 納入日 令和 8 年 3 月 20 日前後 (要調整)

- 6 納入ガス有効期限 令和 9 年 3 月

- 7 その他
- ・ガス容器の搬入及び取付けを行うこと。
 - ・ガス容器の貸出期間終了後又は浜松市の申し出に応じ撤去を行うこと。
 - ・ガス容器の取付け時に必要に応じパッキンを交換すること。
その際パッキンは市が供給するものを使用すること。
 - ・ガス容器の取付け後に調圧器の 2 次圧調整及びリークチェックを行うこと。
 - ・2 次圧調整及びリークチェック後はガス容器のバルブを閉めておくこと。
 - ・上記費用は入札額に含むこと。

※N2+44 成分

表示順	ガス名	表示順	ガス名
1	塩化ビニル	24	塩化エチル
2	1, 3-ブタジエン	25	1, 1-ジクロロエチレン (塩化ビニリデン)
3	アクリロニトリル	26	1, 1, 1-トリクロロエタン
4	ジクロロメタン (塩化メチレン)	27	シス-1, 2-ジクロロエチレン
5	クロロホルム (トリクロロメタン)	28	1, 2-ジブromoエタン
6	1, 2-ジクロロエタン (二塩化エチレン)	29	1, 1, 2-トリクロロエタン
7	ベンゼン	30	1, 1, 2, 2-テトラクロロエタン
8	トリクロロエチレン	31	1, 2-ジクロロプロパン
9	テトラクロロエチレン	32	トランス-1, 3-ジクロロプロペン
10	1, 1-ジクロロエタン	33	シス-1, 3-ジクロロプロペン
11	四塩化炭素	34	3-クロロ-1-プロペン
12	トルエン	35	ヘキサクロロ-1, 3-ブタジエン
13	スチレン	36	クロロベンゼン
14	エチルベンゼン	37	オルトジクロロベンゼン
15	オルトキシレン	38	メタジクロロベンゼン
16	メタキシレン	39	パラジクロロベンゼン
17	パラキシレン	40	1, 2, 4-トリクロロベンゼン
18	フロン-12	41	1, 2, 4-トリメチルベンゼン
19	フロン-11	42	1, 3, 5-トリメチルベンゼン
20	フロン-114	43	4-エチルトルエン
21	フロン-113	44	(クロロメチル) ベンゼン
22	塩化メチル	45	窒素 (バランスガス)
23	臭化メチル		

【オープンカウンター方式 見積明細書】

令和 年 月 日

あて先

浜松市長

様

見積者 住所又は

所在地

氏名又は

名称

連絡先(TEL)

見積明細書

- ・2種以上の品目の見積には内訳金額が分かるよう、必ずこちらを作成してください。
- ・見積明細書と同等品提案票は落札候補者のみ、開札後、紙で調達課へ提出となります。
- ・下記金額には消費税は含まれません。

契約No.	2025017227	件名	環境用標準ガスの購入について
-------	------------	----	----------------

同等品の提案	☒ 有 ☐ 無
--------	--

	品名	規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)
1	その他ガス	環境用標準ガス TO-14	本	1		
2	その他ガス	環境用標準ガス 内部標準ガス3種混合	本	1		
合計						

*見積明細と合計金額を記入してください。

*一度添付した見積明細書は、訂正、撤回は出来ませんのでご注意ください。