

浜松市上下水道部公告第 110号

浜松市上下水道部の物品購入等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6及び浜松市上下水道部契約規程（昭和41年浜松市公営企業局管理規程第17号）が準用する浜松市契約規則（昭和39年浜松市規則第31号）第4条の規定に基づき公告する。

令和3年3月31日

浜松市水道事業及び下水道事業管理者 寺田 賢次

記

1 一般競争入札に付する事項

- (1) 件名 (水) 全自動固相抽出装置等の購入について
- (2) 納期 令和3年9月30日
- (3) 納入場所 浜松市上下水道部浄水課
- (4) 調達物品の特性 仕様書のとおり

2 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮しての本件入札に係る特記事項

(1) 納入遅延等に対する入札参加停止措置等の不適用

本件入札の落札者は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響（入札対象物品等を製造する工場等の休止又は製造規模縮小による遅延、流通停滞、落札者の事業所等の一時閉鎖、落札者従業員等の感染、落札者の判断による感染拡大防止のための営業中止又は勤務形態の変更等）により、入札対象物品の納入遅延その他契約の履行に支障が生じるとき又はそのおそれがあるときは、速やかに本市（上下水道総務課）へ申し出ること。

申出を受け、本市が納入遅延等を新型コロナウイルスの感染拡大の影響によるものと認めるときは、落札者に対し、納入遅延等についての入札参加停止措置又は遅延損害金、違約金若しくは損害賠償の請求は行わないものとする。ただし、納入遅延等により本市業務に支障が生じるときは、契約書の定めに基づき催告の上、契約を解除することがある。契約を解除したときは、本市は当該契約解除により落札者に生じた損失を負担しない。

納入遅延等により契約期間その他契約内容等を変更する必要があるときは、落札者と本市が協議して必要事項を定めるものとする。

(2) 一部の入札書類についての押印省略

本件入札では、入札参加資格確認申請書、入札参加資格が無いと認められた者の理由説明要求書について、契約印（※）の押印省略を認める。ただし、入札書、委任状及び契約書の契約印の押印省略は認めない。

※ 本市の入札参加資格審査申請において使用印鑑として届け出した印をいう。

(3) 入札書の提出方法の追加等

本件入札では、入札書の提出方法を、従来の「①入札執行日時に入札場所へ持参」しての提出に加え、「②上下水道総務課での事前提出」及び「③郵送等による提出」の2つの方法を認める。各提出方法の詳細は、別記の7で確認すること。また、その他の提出書類も持参以外の提出方法を認めるので、各項で確認すること。

3 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を満たす者

- (1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
- (2) 入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示（平成20年10月1日浜松市告示第390号）の規定により、令和3・4年度の競争入札参加資格（物品 2032 環境保全機器類又は2033 試験検査計測（量）機器類）の認定を受けている者であること。
- (3) 浜松市内に本店または支店を有する者（市内業者または準市内業者）であること。
- (4) 浜松市上下水道部物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこと。
- (5) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始に申立てがなされている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。
- (6) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。）となっている法人その他の団体に該当しない者であること。
- (7) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認める資格を有していること。

4 一般競争入札参加資格の確認

- (1) この入札の参加希望者は、物品購入等入札参加資格確認申請書（一般競争）（以下「確認申請書」という。）を別記の1により提出し、参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は確認申請書の提出期限日とし、確認の結果は別記の2により文書で通知する。
- (2) 参加資格がないと認められた者は、浜松市上下水道部に対し別記の3によりその理由について説明を求めることができる。この場合において、その回答は、説明を求められた日から2日以内に文書で行う。
- (3) 参加資格がないと認められた者及び別記の1の提出期限までに確認申請書を提出しない者は、この入札に参加することができない。

5 契約書案、入札心得及び仕様書等について

- (1) 契約書案、入札心得、仕様書及び業務説明書等（以下「仕様書等」という。）は、別記の4により閲覧及び提供をする。
- (2) 仕様書等に対する質問書は、別記の5により提出すること。
- (3) (2)の質問に対する回答は、別記の6により入札執行日の前3日間浜松市上下水道部上下水道総務課において閲覧に供するとともに入札に参加するすべての者に質問に対する回答書

を提供する。

6 説明会の日時及び場所等

説明会は、行わない。

7 一般競争入札執行の日時及び場所等

一般競争入札は、別記の7により執行する。

8 入札方法等

- (1) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
- (2) 1回目の入札で落札者がいない場合には2回目の入札を実施するが、事前提出及び郵送等による提出による入札者は、2回目の入札に参加できない。
- (3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。

9 入札保証金

この一般競争入札は、入札保証金を免除する。

10 入札の無効

次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

- (1) この入札に参加資格がないと認められた者及び確認申請にあたって虚偽の申請をした者の行った入札
- (2) 仕様書等に示した条件等一般競争入札に関する条件に違反した入札
- (3) 一般競争入札参加資格があることを確認され、その後入札執行時点において3に掲げる参加資格を失った者の行った入札
- (4) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした入札

ア 人的関係

(ア) 一方の会社の役員（持分会社の業務を執行する社員、株式会社（特例有限会社を含む。）の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監事及び事務局長は含まない。以下同じ。）又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合（会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。）

(イ) 一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

イ その他の関係

上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合

11 期間の計算

この公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例（平成元年浜松市条例第76号）第1条第1項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて計算するものとする。

12 開庁時間

午前8時30分から午後5時15分まで（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。）

13 入札及び契約担当課

〒430-0906 浜松市中区住吉五丁目13番1号

浜松市上下水道部上下水道総務課総務・防災グループ

電 話：053-474-7011

FAX：053-474-0247

E-mail：suidow-s@city.hamamatsu.shizuoka.jp

【 別 記 】

1 一般競争入札参加資格確認申請書

- (1) 提出方法 持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、FAX又は電子メールで提出すること。
- (2) 受付期間 令和3年4月1日（木）から 令和3年4月12日（月）まで
（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。）
（持参の場合は、12項に記載する開庁時間内に持参すること。）
- (3) 提出先 浜松市上下水道部 上下水道総務課 053-474-7011
- (4) 様式 管理者が定める様式とする。
- (5) その他
ア 入札参加資格確認申請書に、希望する入札参加資格の確認結果の通知方法（①上下水道総務課で受け取り、②郵送、③電子メールのいずれか一つ。）を記載すること。なお、郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、84円切手を貼った返信用封筒を添付すること。
イ 入札参加資格確認申請書に、入札書の提出方法の予定（①入札日時に入札場所へ持参、②事前提出、③郵送等のいずれか一つ。詳細は別記の7に記載のとおり。）を記載すること。なお、入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、上下水道総務課へ連絡すること。

2 一般競争入札参加資格確認結果通知書の交付

入札参加資格の確認結果は、次のとおり通知する。

- (1) 通知方法
次のいずれかの方法のうち、申請者が希望する方法により通知する。なお、原則として電話連絡はしない。
ア 上下水道総務課で受け取り
イ 郵送 （※郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、84円切手を貼った返信用封筒を添付すること。）
ウ 電子メール （※電子メールを希望する場合は、通知を受信するメールアドレスを入札参加資格確認申請書に記載すること。）
- (2) 確認結果の通知日
ア 上下水道総務課で受け取りの場合
令和3年4月14日（水）午後1時から令和3年4月19日（月）までの間に、上下水道総務課で受け取ること。（12項に記載する開庁時間内に限る。）
イ 郵送又は電子メールの場合
令和3年4月14日（水）に発送又は発信する。

3 入札参加資格がないと認められた者の理由説明要求

入札参加資格を確認した結果、入札参加資格が無いと認められた者は、本市に対しその理由について説明を求めることができる。

(1) 要求方法

要求期限までに文書により説明を要求すること。また、当該文書は持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、FAX又は電子メールで提出すること。

(2) 要求期限

令和3年4月16日（金）午後5時15分まで（提出先に必着）

（持参の場合は、12項に記載する開庁時間内に持参すること。）

(3) 提出先

浜松市上下水道部 上下水道総務課

(4) 様式

任意の様式を用いること。

(5) 要求への回答

理由説明要求に対する本市の回答は、説明を求められた日から2日以内に文書で行う。

4 仕様書等の閲覧及び提供

(1) 提供方法

ア 上下水道総務課で配布 （1者につき1部。無料。）

イ 電子メールで送信 （送信希望者は、上下水道総務課に依頼すること。）

(2) 提供期間

令和3年3月31日（水）から令和3年4月21日（水）まで

（配布又は貸し出しは、12項に記載する開庁時間内に限る。）

5 仕様書等に対する質問

(1) 質問方法

質疑応答書を持参、郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）、FAX又は電子メールで提出すること。

(2) 質問期限

令和3年4月12日（月）午後5時15分まで（提出先に必着）

（持参の場合は、12項に記載する開庁時間内に持参すること。）

(3) 提出先

浜松市上下水道部 上下水道総務課

(4) 様式

本市が指定する様式を用いること。

(5) 質問に対する回答

質問に対する回答は、令和3年4月14日（水）から上下水道総務課において閲覧に供するとともに入札参加者全員に質問に対する回答書を提供する。

6 入札執行日時等

(1) 日 時 令和3年4月22日（木）午前11時

(2) 場 所 浜松市上下水道部 住吉庁舎 第1会議室

7 入札書の提出方法

(1) 提出方法

次のいずれかの方法により提出すること。

ア 入札執行日時に入札場所へ持参

イ 受領期間内に上下水道総務課へ持参（以下「事前提出」という。）

ウ 受領期限までに上下水道総務課へ郵送等（一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。）

(2) 事前提出の場合の受領期間及び提出先等

ア 受領期間 令和3年4月19日（月）から令和3年4月21日（水）まで
（12項に記載する開庁時間内に限る。）

イ 提出先 浜松市上下水道部 上下水道総務課

ウ その他 別紙「入札（見積合せ）の注意事項（物品購入用）」に従い、提出すること。

(3) 郵送等による入札書の受領期限及び送付先等

ア 受領期限 令和3年4月21日（水）午後5時15分まで（送付先に必着）
いかなる理由であっても受領期限に遅れたときは、当該入札書は無効とする。

イ 送付先 浜松市上下水道部 上下水道総務課（13項に記載のとおり。）

ウ その他 別紙「入札（見積合せ）の注意事項（物品購入用）」に従い、提出すること。

(4) 提出方法の予定の変更及び提出の取りやめ

入札参加資格確認申請書に記載した入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、上下水道総務課へ連絡すること。

仕様書

- 1 物品名 (1) 全自動固相抽出装置 5台
(内訳：PFOS及びPFOA分析用 3台、既存機更新 2台)
(2) pH計 2台
(3) 超音波脱気装置 1台
- 2 納入期限 令和3年9月30日
- 3 納入場所 浜松市北区大原町50番地 大原浄水場 前処理室及びIC・LC分析室
- 4 品名規格
(1) 全自動固相抽出装置
ジーエルサイエンス株式会社 アクアトレースASPE899 (同等品不可) 5台
(2) pH計
東亜ディーケーケー株式会社 HM-42 (同等品不可) 2台
(3) 超音波脱気装置
アズワン株式会社 MCD-13 (同等品可) 1台
- 5 条件及び注意事項
(1) 装置の構成等
全自動固相抽出装置の構成は、次のアからウまでを満たすものとする。ア 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年厚生労働省告示第261号。以下、公定法という。）別表第24（陰イオン界面活性剤）、別表第28（非イオン界面活性剤）、及び別表第29（フェノール類）並びに水質管理目標設定項目の検査方法（平成15年10月10日付健水発第1010001号別添4。以下、通知法という。）目標15（農薬類。別添方法5、5の2、18、19、20、21、22及び25に限る。以下、同じ。）及び目標31（ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA））に準拠した方法で試料の前処理ができること。
イ 5台のうち3台は有機ふっ素化合物の分析専用とし、装置内のチューブ等を可能な限りふっ素化合物を含まない部品とすること。
ウ 納入場所にあらかじめ設置された排気ダクト（φ100mm）に接続すること。

(2) 付属品等

全自動固相抽出装置には、次のアからクまでを付属させること。

- ア ドライガス用の窒素ガス発生器（ニトロミニ NM9100） 6台
- イ 窒素ガス乾燥管（高感度分析用） 6本
- ウ 溶媒ビンキャップ 20個
- エ 廃液容器（有機溶媒用） 6個
- オ 据付に伴う配管、配線等に必要な部品 1式
- カ 固相カラム（Inert Sep mini MA-2） 300個
- キ 固相カラム（Meta SEP Slim-J LC-Ba/Ag/H） 100個
- ク GL-SPE濃縮管（0.5mL・1.0mL/7mL/透明テーパー） 50本

(3) 納入

- ア 全自動固相抽出装置の搬入、据付、調整及び製造業者が規定する動作確認、性能確認を行うこと。また、その内容を文書に記録し、提出すること。
- イ 全自動固相抽出装置に転倒・崩落を防止する措置を講じること。
- ウ 全自動固相抽出装置の据付、調整後、職員に対して操作及び保守に関する説明とトレーニングを実施すること。また、必要な資料を5部用意すること。
- エ 装置の搬入等の際して、施設の設備等に損害を与えた場合は、受注者の責任において原状に復すること。
- オ 梱包材等の不要物はすべて持ち帰ること。
- カ 装置及びその付属品はすべて新品であること。
- キ 重大な装置の欠陥等による故障が発生した場合、新品と交換すること。

(4) その他

この仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、その都度協議し、その指示に従うこと。

6 製品指定の理由

(1) 全自動固相抽出装置

5(1)の条件を満たす装置の構成が可能で、かつ水質検査結果の信頼性の確保及び確実かつ安全な装置の運転のために必要な以下のすべての条件を満たす唯一の装置であるため。

- ア 5(1)アの方法に準じた前処理操作を全自動で行えること。
- イ 日本国内の水道事業者での運用実績があり、不具合が生じた場合等に、速やかに必要な部品の供給が可能であること。
- ウ 排気用ファンが搭載され、設置場所に備付けの排気ダクトにもれなく接続できること。

エ 窒素ガスの通気と吸引を同時に行なえること

オ すべての動作設定を本体上で行えること。

カ ラインチューブ等の部品をテフロン、ポリエチレン、PEEK等の異なる性質の部品に相互に交換できること。

(2) pH計

発注者が水道水質検査優良試験所規範（水道 GLP）に適合する公定法別表 3 1（pH 値）の検査に係る標準作業手順書に規定する既存機種であり、同一機種を選定することにより、検査精度が確保でき、かつ故障等の問題が生じた場合の相互の予備機として運用することができるため。